

【7い病物第33号】 令和7年度 仁淀病院 眼科外来機器購入事業 仕様書

1. 総則

(1) この仕様書は、いの町立国民健康保険仁淀病院（以下「仁淀病院」という。）が購入する眼科外来機器（以下「機器」という。）に関し、必要な事項を定める。

(2) 受注者は、契約にあたり、この仕様書を承認し、不明な点については仁淀病院担当者に質問し、十分に熟知した上で契約すること。

なお、本仕様書に記載のない事項であっても、機器の機能及び特性等を発揮するために当然必要と認めるものについては、仕様に含まれるものとする。

2. 機器の性能・機能等に関する事項

納入する機器については、「表1」の性能・機能等が同等品以上のものとする。

3. 納入に関する事項

(1) 納入期限及び納入場所は次のとおりとする。

ア. 納入期限 令和8年3月31日（予定）

イ. 納入場所 高知県吾川郡いの町1369番地 仁淀病院

(2) 納入の日時については、仁淀病院担当者と十分に調整を行うこと。

(3) 納入時には機器の操作方法、保証内容、装備品等の説明を十分に行うこと。

4. 積算に含まれる費用

- ・「表1」各1台 機器本体価格
- ・「表2」各1セット及び機器使用に必要な付属品を含む
- ・電気ガス水道等の設備工事
- ・設置に係る費用
- ・既存の機器がある場合は撤去に係る費用

5. 検査に関する事項

- ・納入後、速やかに仁淀病院担当者が行うものとする。

6. 特記事項

- ・仁淀病院の現地視察を希望する場合は、仁淀病院担当者と電話等により許可を得ること。
- ・この仕様書に定めのないことは、受注者、仁淀病院担当により十分協議の上定めることとする。

「表1」

※番号:医療機器認証番号(16桁)

項 目		機能に関する要件（規格）	
①	光 眼 軸 長 測 定 装 置	型 式	(株)トーマコーポレーション OA-2000 Comfort
		※ 番 号	2 2 5 A F B Z X 0 0 1 3 9 0 0 0
②	ス ペ キ ュ ラー マ イ ク ロ ス コー プ	型 式	(株)トーマコーポレーション EM-4000 Advance
		※ 番 号	2 2 6 A F B Z X 0 0 1 4 0 0 0 0
③	眼 科 用 Y A G レーザ手術装置	型 式	(株)ニデック YC-200S plus/YC-200
		※ 番 号	2 3 1 0 0 B Z X 0 0 0 3 5 0 0 0

「表2」

機 器 本 体		機能に関する要件（規格） 「表1」 機器本体と互換性のあるもの	
①	光 眼 軸 長 測 定 装 置	光眼軸長測定装置	OA-2000 Comfort
		電動光学台	CT-600 600(W)×450(D)×601～845(H)mm
		天板	TP-750C 750(W)×450(D)mm
		顎台	AL-1200
		超音波眼軸長・角膜厚測定装置	AL-4000
		インクジェットプリンター	
②	ス ペ キ ュ ラー マ イ ク ロ ス コー プ	電動光学台	CT-600 600(W)×450(D)×601～845(H)mm
		天板	TP-600 600(W)×450(D)mm
		プリンター	PF-71
③	眼 科 用 Y A G レーザ手術装置	電動光学台	741(W)×462(D)×660～850(H)mm